УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора - главный инженер
РУП БПОВЦ
_____ И.В. Холопица
«_1_» _06_ 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

технических средств социальной реабилитации для инвалидов, выпускаемых и закупаемых Республиканским унитарным предприятием «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», и их особенности

Наименование и обозначение средств реабилитации	**Показатель возрастной группы**	**Технические характеристики средств реабилитации**				**Применяемость, показания к назначению, особенности**
		длина, не более, мм	ширина, не более, мм	ширина сиденья, не более мм	масса, не более, кг	
1	*2*	*3*				*4*
		3.1	*3.2*	*3.3*	*3.4*	
1. Кресло-коляска с электроприводом *(ТУ BY 100010315.058-2009; РУ № ИМ-7.107091 до 20.11.2023 г.)*						
1.1 Кресло-коляска с электроприводом: **ЦСИЕ.30.175.00.00.00**						Предназначена для самостоятельного передвижения пользователя с нарушением опорно-двигательного аппарата внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтным) с уклоном не более 6°. Оснащена - двумя электродвигателями и колесами с редукторами. Передвижение при отключенном электроприводе может осуществляться только сопровождающим лицом. Укомплектовано зарядным устройством
			672	460	61	
-01	для взрослых	1070	700	488	62	
-02	(до 100 кг)		607	395	60	
-03	рост 158-190 см**		637	425	60,5	
2. Кресло-коляска комнатная, в том числе с судном или откидной спинкой, для взрослых, подростков и детей *(ТУ BY 100010315.061-2009; РУ № ИМ-7.107228/1905 до 28.05.2024 г.)****, в том числе универсально для взрослых, подростков и детей*** *(ТУ BY 100010315.059-2009; РУ № ИМ-7.95009/1808 до 30.08.2023г.)*						
2.1 Кресло-коляска комнатная:						
- ЦСИЕ.03.357.00.00.00			585	382	19,0	Предназначена для самостоятельного передвижения пользователя с нарушением опорно-двигательного аппарата внутри помещений или на короткие расстояния по дорогам с твердым покрытием
-01	для подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**		615	412	20,6	
-04		1160	585	382	18,7	

-05			615	412	19,9	(плиточным, бетонным, асфальтным) с уклоном не более 10°. Коляска складывается по ширине, подножка сплошная, ее высота регулируется, подлокотники съемные. Коляска оснащена страховочным ремнем. Сиденье оснащено подушкой. Исполнения 00;-01;-02 и -03 укомплектованы колесами с пневматической шиной; исполнения -04;-05;-06,-07 -колесами с полиуретановой шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
-02 -03 -06 -07	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1160	645 675 645 675	442 472 442 472	22,12 23,6 20,3 23,3	
- ЦСИЕ.03.750.00.00.00						Для самостоятельного передвижения внутри помещений. Коляска складывается по ширине, укомплектована страховочным ремнем и противоопрокидывающими опорами. Подножка изготовлена в виде «ласт» с возможностью поворота в горизонтальной плоскости и возможностью быстрого поворота в горизонтальной плоскости и возможностью быстрого отворота подножки в сторону и установки ее на место высота подножки регулируется. Подлокотники откидные и съемные. Задние колеса быстросъемные. Сиденье оснащено подушкой. Исполнения -01;-03;-05 и -07 укомплектованы колесами с пневматической шиной исполнения 00;-02;-04 и -06 - колесами с полиуретановой шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
-01 -02 -03	для подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**	1115	582 582 612 612	382 382 412 412	20,1 20,2 20,3 20,4	
-04 -05 -06 -07	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1115	642 642 672 672	442 442 472 472	20,5 20,6 20,7 20,8	
-ЦСИЕ.30.060.00.00.00						Для самостоятельного передвижения внутри помещений. Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса – поворотные. Подлокотники с боковинами откидные. Подножки изготовлены в виде «ласт» и регулируются по высоте. Задние колеса – быстросъемные с полиуретановой шиной. Для удобства транспортирования и хранения коляска имеет возможность складывания по ширине. Высота от пола до сиденья не более 525 мм.
-01 -02 -03 -04	Для взрослых (до 150 кг) Рост 158-190 см	1150	700 720 750 780 800	500 520 550 580 600	26,2 26,4 26,6 26,8 27,0	

2.2 Кресло-коляска комнатная для детей (рост до 120 см) **ОПИ-45.00.00.000**	для детей (до 50 кг) рост 100-120 см**	760	524	314	19	Для самостоятельного передвижения внутри помещений и на короткие расстояния по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Подножка регулируется по высоте. Коляска складывается по ширине. Высота от пола до сиденья не более 435 мм.
2.3 Кресло-коляска для детей больных ДЦП (рост до 145 см) **ЦСИЕ.03.271.00.00.00** *(ТУ BY 100010315.071-2012; РУ № ИМ-7.109480 до 28.01.2026 г.)*	Для детей (до 50 кг) рост до 145 см**	910	670	350	25	Для самостоятельного передвижения только с сопровождающим лицом в помещении и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Складывается по ширине для удобства транспортирования и хранения. Сиденье и спинка съемные. Спинка регулируется по углу наклона, подножка регулируется как по высоте, так и по углу наклона, упоры для головы имеют возможность регулировки, как по высоте спинки, так и по ширине, ограничитель для разведения ног съемный. Высота от пола до сиденья (470±5) мм.
2.5 Кресло-коляска комнатное с откидной спинкой:						
ЦСИЕ.03.298.00.00.00	для взрослых и подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**	1210	590	382	25	Предназначена для самостоятельного передвижения пользователей внутри помещений. Коляска складывается по ширине, положение наклона спинки плавно регулируется с помощью маховиков, подножка сплошная, ее высота регулируется, подлокотники съемные. Исполнения -00…-03 укомплектованы колесами с полиуретановой шиной; исполнения -04…-07 – колесами с пневматической шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
-01			620	412		
-02			650	442		
-03			680	472		
-04			590	382		
-05			620	412		
-06			650	442		
-07		1210	680	472	25	
ЦСИЕ.03.800.00.00.00	для подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**	1115	577	382	23,5	Для самостоятельного передвижения внутри помещений. Коляска складывается по ширине, подножка изготовлена в виде «ласт» с возможностью поворота в горизонтальной плоскости и возможностью быстрого отворота подножки
-01			577	382	23,6	
-02			607	412	23,7	
-03			607	412	23,8	

-04 **-05** **-06** **-07**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1115	637 637 667 667	442 442 472 472	23,9 24 24,1 24,2	сторону и установки ее на место, высота подножки регулируется, подлокотники откидные. Коляска оснащена страховочным ремнем и механизмом противоопрокидывания. Для удобства транспортирования задние колеса быстросъемные. Сиденье оснащено подушкой. Наклон спинки регулируется при помощи ручек, связанных тросом с механизмом фиксации спинки. Исполнения: -01;-03;-05;-07 укомплектованы колесами с пневматической шиной; исполнения -00;-02;04;-06 – колесами с полиуретановой шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
2.6 Кресло-коляска с судном КВ **ЦСИЕ.03.697.00.00.00** **-01** **-02** **-03**	для подростков и взрослых (до100кг) рост 158-190 см**	1100	595 625 655 685	382 412 442 472	18,8 19,2 19,6 20,0	Для самостоятельного передвижения внутри помещений и возможностью удовлетворения естественных надобностей. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
3. Кресло-коляска прогулочная для взрослых *(ТУ BY 100010315.036-2009; РУ № ИМ-7.96340/1808 до 30.08.2023.)*						
3.1 Кресло-коляска прогулочное ПрВ **ЦСИЕ.03.438.00.00.00** **-01** **-02**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-185 см**	1070	690 710 730	434 445 474	27,3 27,5 27,7	Предназначена для пользователей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при самостоятельном перемещении по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Коляска имеет рычажный привод на передние ведущие колеса. Задние колеса - поворотные. Положение наклона сиденья и спинки не регулируется. Подножка регулируется по высоте. Коляска складывается по ширине.
4. Велоколяска с цепным приводом прогулочная для взрослых *(ТУ BY 100010315.063-2012 РУ № ИМ-7.99397/2204 бессрочно)*						
4.1 Велоколяска прогулочная **ОПИ-74.00.00**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-185 см**	1997	810	477	65	Предназначена для передвижения людей с нарушением опорно двигательного аппарата по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным асфальтным) с уклоном не более 10°. Коляска имеет ручной цепной привод на одно из задних колес.

5. Велоколяска рычажная прогулочная для взрослых, подростков и детей *(ТУ BY 100010315.063-2012 РУ № ИМ-7.99397/ 2204 бессрочно)*						
5.1 Велоколяска рычажная прогулочная **ЦСИЕ.03.808.00.00.00**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-185 см**	2020	814	467	55	Предназначена для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°.клона не более 10°. Коляска имеет рычажный привод на задние колеса.
5.2 Велоколяска рычажная прогулочная для детей и подростков **ЦСИЕ.03.178.00.00.00**	для детей (до 50 кг) рост 120-155 см**	1630	544	310	29	Предназначена для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°.клона не более 10°.
5.3 Велоколяска рычажная прогулочная для детей и подростков **ЦСИЕ.03.178.00.00.00-01**	Для подростков (до 75кг)	1630	604	370	31	Велоколяска изготавливается двух исполнений, различающихся по ширине.
6. Коляска прогулочная для детей, больных детским церебральным параличом (ДЦП) *(ТУ BY 100010315.071-2012; РУ № ИМ-7.109480 до 28.01.2026 г.)*						
6.1 Кресло-коляска для детей больных ДЦП **ЦСИЕ.03.681.00.00.00**	для детей (до 50 кг) рост 100-135 см**	1255	613	330	17,5	Для самостоятельного передвижения только с сопровождающим лицом в помещении и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Складывается по высоте, используются четыре колеса с пневматическими шинами, сплошная подножка регулируется по высоте и углу наклона. Коляска комплектуется съемными боковыми упорами для головы, привязными ремнями для туловища валиком для предотвращения скрещивания ног, навесом для защиты от осадков (тент).
-01	для детей (до 50 кг) рост 110-145 см **	1255	643	360	18,2	
-02	для детей (до50кг) рост 155см		683	400	22,6	
6.2 Кресло-коляска прогулочное для детей **ЦСИЕ.03.262.00.00.00** *(ТУ BY 100010315.036-2009; РУ № ИМ-7.96340/1808 до 30.08.2023 г.)*	для детей (до 50 кг) рост 110-150 см **	805	609	309	21,1	Предназначена для пользователей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при самостоятельном перемещении по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Коляска имеет рычажный привод на передние ведущие колеса.

7. Кресло-коляска активного типа *(ТУ BY 100010315.060-2008; РУ № ИМ-7.107740 до 23.08.2024 г.)*						
7.1 Кресло-коляска активное КВ АК: **ЦСИЕ.03.481.00.00.00** **-01** **-02** **-03** **-04** **-05** **-06** **-07**	для взрослых (до 100 кг) рост 150-176 см **	802	594…626 614…646 644…676 674…706 594…626 614…646 644…676 674…706	360 380 410 440 360 380 410 440	12,8 13,3 13,8 14,3 12,9 13,4 13,9 14,4	Предназначена для пользователей ведущих активный образ жизни при самостоятельном перемещении внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10%. Коляска укомплектована задними колесами с пневматическими шинами. Обручи задних колес исполнений -04…-07 дополнительно оснащены силиконовым покрытием
7.2 Кресло -коляска активное КВ АК **ЦСИЕ.30.448.00.00.00** -01 -02 -03 -04 -05	для взрослых (до 100кг) рост до 190 см	930	587 607 627 647 667 687	360 380 400 425 440 460	12,3 13,0 13,7 14,4 15,1 15,6	Предназначена для пользователей ведущих активный образ жизни при самостоятельном перемещении внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10%. Регулировка баланса (положени задних колес) Коляска имеет прямо привод на задние ведущи колеса. Передни поддерживающие колес поворотные. Коляск изготавливаются в пят исполнениях, различающихс шириной сиденья коляски.
8. Малогабаритная коляска *(ТУ BY 100010315.062-2011; РУ № ИМ-7.97843/2108 бессрочно.)*						
8.1 Коляска малогабаритная **ОПИ-37.00.000**	для взрослых (до 100 кг) рост 145-195 см **	485	375	Высота коляски: 250 мм	7,7	Для передвижения пользователей с двусторонней ампутацией нижних конечностей на уровне бедра на короткие расстояния по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным асфальтовым) с уклоном не более 10°. Противопоказание - вычленение в тазобедренном суставе.
9. Кресло функциональное с судном *(ТУ BY 100010315.068-2010;РУ№ ИМ-7.96990/2012 -бессрочно)*						
9.1 Кресло функциональное **ЦСИЕ.03.698.00.00.00** **-01** **-02** **-03**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см **	1010	534 564 594 624	382 412 442 472	18,2 18,6 19,0 19,4	Для сидения, перемещени сопровождающим лицом внутр помещений и удовлетворени естественных надобностей. Не складывается по ширине угол наклона спинки и подноже не регулируется. Высота от пола до сиденьі (520±10) мм.

10. Велосипед трехколесный для детей в возрасте до 16 лет, страдающих детским церебральным параличом *(ТУ BY 100010315.064-2011; РУ № ИМ-7.97990/2011 - бессрочно.)*						
10.1 Велосипед трехколесный для детей с ДЦП в возрасте от 5 до 10 лет **ЦСИЕ.03.689.00.00.00**	для детей (до 50 кг) рост 100-130 см**	1200	550	Высота 760...860 мм	18,0	Для перемещения по площадкам с твердым покрытием и служит для общего физического развития и жизнедеятельности детей. Передвижение происходит за счет мускульной силы пользователя под надзором сопровождающего лица
10.2 Велосипед трехколесный для детей с ДЦП с 8 лет (подростковый) **ЦСИЕ.03.690.00.00.00**	для детей (до 50 кг) рост 120-155 см**	1620	610	Высота 980... 1065 мм	21,0	
10.3 Велосипед трехколес-ный для детей с ДЦП старшего школьного возраста **ЦСИЕ.03.691.00.00.00**	для детей (до 75 кг) рост 145-175**	1850	760	Высота 1065... 1195 мм	32,5	
11. Подушка ортопедическая противопролежневая для сидения в инвалидной коляске и т.п.						
11.1 Подушки ортопедические противопролежневые *ТУ BY 100010315.080-2021 РУ №ИМ-7.110851 до 25.10.2026г.*	для взрослых для взрослых	Подушка ортопедическая противопролежневая модель: ПП-1,ПП-2, ПП-3,ПП-4. Габаритные размеры подушек: 1) ПП-1: длина 370 ± 10мм; ширина 370 ± 10мм; толщина 60 ±5 мм. 2) ПП-2: длина 400 ± 10мм; ширина 400 ± 10мм; толщина 60 ±5 мм. 3) ПП-3: длина 420 ± 10мм; ширина 420 ± 10мм; толщина 60 ±5 мм. 4) ПП-4: длина 450 ± 10мм; ширина 420 ± 10мм; толщина 60 ±5 мм. Подушка ортопедическая противопролежневая с гелевыми элементами модель: ПГ-1,ПГ-2. Габаритные размеры подушек: ПГ-1: длина 400 ± 10мм; ширина 400 ± 10мм; толщина 75 ±5 мм. ПГ-2: длина 400 ± 10мм; ширина 400 ± 10мм; толщина 40 ±5 мм.				Предназначены для людей с нарушением опорно – двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней., в том числе в инвалидном кресле -коляске. Предназначена для людей массой до - 120 кг Предназначены для людей с нарушением опорно – двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней., в том числе в инвалидном кресле - коляске. Предназначена для людей массой до - 120 кг.
12. ***Чехол утепленный для передвижения в коляске в холодное время года*** *(СТБ 932-2008 РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.)*						
12.1 Чехол утепленный ПИО-32	для взрослых и детей	По индивиду альному заказу и серийно 6-ти типо-размеров	Размер 1 (XS) - ширина сиденья - 300 мм; размер 2 (S) - ширина сиденья - 360 мм; размер 3 (M) - ширина сиденья - 380 мм; размер 4 (L) - ширина сиденья - 450 мм; размер 5 (XL) - ширина сиденья - 500 мм; размер 6 (XXL) - ширина сиденья - 550 мм.			Изготавливается на искусственном меху, и предназначен для лиц, передвигающихся на кресло - коляске в осенне-зимний период.

13. Защита специальная для рук, используемая инвалидом при передвижении в коляске *(СТБ 932-2008 РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.)*			
13.1 Защита специальная для рук, используемая инвалидом при передвижении в коляске **ПИО-31; ПИО-31-01; ПИО-31-02, ПИО-31-03**	для детей, подростков и взрослых	По индивидуальному заказу и серийно 3-х типоразмеров. Размер определяется шириной кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, мм. Размер 1 (S) - 100-115; размер 2 (M) - 115-130; размер 3 (L) - 130-145.	Используется при передвижении в коляске, для предохранения кожного покрова кистей
14. Трость опорная для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей (одно -, трех -, четырех- опорная)			
Трость одноопорная (СТБ 935-99; РУ № ИМ-7.108946 до 02.10.2025 г.)			
14.1 Трость нерегулируемая по высоте, металлическая с механизмом противоскольжения ТНМ-МП **ОМ-0020.00.00;-01;…-19**	для взрослых и подростков	Одноопорная, нерегулируемая по высоте, с устройством противоскольжения, из алюминиевой трубы (или профиля алюминиевого) диаметром 22 мм, высотой 785 мм, 825 мм, 865 мм, 895 мм, 905 мм 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1105 мм. Масса – от 0,47 кг до 0,56 кг. Трость представляет собой алюминиевую стойку, сверху которой расположена ручка,на нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте и конструкции механизма противоскольжения (для исполнений - 00…-09 - выдвигается при помощи кулачка, для исполнений -10…-19 - при помощи винта).
14.2 Трость нерегулируемая по высоте, стеклопластиковая, без механизма противоскольжения ТНС **ОПИ-27.00.00; -01…-09 (ТНС)**	для взрослых и подростков	Одноопорная, нерегулируемая по высоте, без механизма противоскольжения, из стеклопластиковой трубы диаметром 18,5 мм, высотой 800 мм, 825 мм, 865 мм, 895 мм, 905 мм, 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1120 мм (соответственно 00…-09 исполнениям). Масса – от 0,35 кг до 0,42 кг Трость представляет собой стеклопластиковую стойку, сверху которой расположена ручка,на нижнем конце стойки крепится наконечник.	Применяется как дополнительная опора при передвижении пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте.
14.3 Трость нерегулируемая по высоте, комбинированная с механизмом противоскольжения ТНК-МП **ОПИ-67.00.00; -01…-19 (ТНК-МП)**	для взрослых и подростков	Одноопорная, нерегулируемая по высоте, комбинированная (верхняя часть стойки из трубы стеклопластиковой, нижняя – из алюминиевой трубы диаметром 22 мм), с устройством противоскольжения, высотой 785 мм, 825 мм, 865 мм, 895 мм, 905 мм, 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1105 мм. Масса – от 0,493 кг до 0,609 кг. Трость представляет собой комбинированную стойку, сверху которой расположена ручка,на нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения.	Применяется как дополнительная опора при передвижении пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте и в конструкции механизма противоскольжения(для исполнений - 00…-09 - выдвигается при помощи кулачка, для исполнений -10…-19 - при помощи винта).
14.4 Трость опорная регулируемая по высоте металлическая **ОМ-0030.00.00 (ТРМ)**		Одноопорная, регулируемая по высоте от 800 мм до 1000 мм (через 40 мм), без механизма противоскольжения, из алюминиевой трубы диаметром 22 мм, нижняя вставка из трубы диаметром 18 мм. Масса не более 0,56 кг Трость состоит из алюминиевых стоек, которые соединены между собой при помощи фиксатора и уплотнительной втулки,на верхней стойке расположена ручка,на нижнем конце стойки крепится наконечник.	Применяется как дополнительная опора при передвижении пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

14.5 Трость опорная регулируемая по высоте металлическая **ОМ-0030.00.00-01; -02** **(ТРМ-МП)**		Одноопорная, регулируемая по высоте от 800 мм до 1000 мм (через 40 мм), без механизма противоскольжения, из алюминиевой трубы диаметром 22 мм, нижняя вставка из трубы диаметром 18 мм. Масса не более 0,56 кг Трость состоит из алюминиевых стоек, которые соединены между собой при помощи фиксатора и уплотнительной втулки,на верхней стойке расположена ручка,на нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения.	Применяется как дополнительная опора при передвижении пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте и в конструкции механизма противоскольжения(для исполнений -01 выдвигается при помощи кулачка, для исполнений -02 - при помощи винта).
14.6 Трость нерегулируемая по высоте,металлическая, без механизма противоскольжения **ЦСИЕ.03.605.00.00.00;…-09** **(ТНМ)**		Одноопорная, нерегулируемая по высоте, без механизма противоскольжения, из алюминиевой трубы (или профиля алюминиевого) диаметром 22 мм, высотой 785 мм, 825 мм,865 мм, 895 мм, 905 мм, 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1105 мм (соответственно исполнениям). Масса – от 0,33 кг до 0,41 кг. Трость представляет собой алюминиевую стойку, сверху которой расположена ручка,на нижнем конце стойки крепится наконечник.	Применяется как дополнительная опора при передвижении пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
<u>Трость трех - и четырех - опорная (СТБ 1584-2005; РУ № ИМ-7.93702/2108 бессрочно)</u>			
14.7 Трость на 3-х опорах **Р ПЛ5** **ЦСИЕ.03.192.00.00.00; -01**	для взрослых	Трех опорная, регулируемая по высоте от 750 мм до 950 мм (через 25 мм). Масса 1,6 кг и 1,3 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата за счет создания дополнительных точек опоры. Трость изготавливается двух исполнений, различающихся по применяемым материалам опоры: исполнение-00 - сталь, исполнение -01 - алюминий
14.8 Трость на 4-х опорах **Р ПЛ5** **ОПИ-73.00.00; -01**		Четырехопорная, регулируемая по высоте от 750 мм до 950 мм (через 25 мм). Масса 1,4 кг и 1,15 кг. Имеет регулировку по высоте телескопическим способом и перестановку Т-образной ручки под правую и левую руку.	
<u>15. Трость тактильная для слепых и слабовидящих</u> *<u>(ТУ BY 100010315.067-2011; РУ № ИМ-7.110214 до 24.06.2026г.,</u>* ***<u>для ТТС - РУ № ИМ-7.103855/2106 бессрочно)</u>***			
15.1 Трость тактильная ТТ **ЦСИЕ.03.224.00.00.00;…-15**	для взрослых и подростков	Изготавливается из алюминиевой трубы диаметром 14 мм, цельная, длиной 900…1250 мм через 50 мм . Исполнения различаются конструкцией формы ручки Масса от 0,258 до 0,315кг (для исполнений -00 до -06 и -14); Масса от 0,22 кг до 0,282кг (для исполнений -07 до -13 и -15).	Предназначены в качестве вспомогательного технического средства реабилитации при самостоятельном передвижении слепых и слабовидящих людей. Трость помогает ориентироваться в пространстве, является средством подачи звуковых сигналов.
15.2 Трость тактильная складная ТТС **ЦСИЕ.03.606.00.00.00;…** **-10**		Изготавливается из алюминиевых трубок, длиной 907…1407 мм (через 50 мм), складывается в длину 223…323 мм (через 10 мм). Масса от 0,23 кг до 0,33 кг. Исполнения различаются длиной трости. Звенья изготовлены методом магнитоимпульсной штамповки.	Предназначены в качестве вспомогательного технического средства реабилитации при самостоятельном передвижении слепых и слабовидящих людей Трость помогает ориентироваться в пространстве, является средством подачи звуковых сигналов. В комплект поставки входит текстильный чехол и запасной наконечник

***16. Костыли индивидуального использования** (СТБ 935-99; РУ №ИМ-7.108906 до 02.10.2025 г.), **в том числе костыли локтевые** (СТБ 1214-2000; РУ №ИМ-7.102926/2009 до 03.09.2025 г.)*			
16.1 Костыль детский металлический, регулируемый по высоте **ОПИ-51.00.00 (КДМ)**	для детей	Металлический, регулируемый по высоте от 765 мм до 965 мм (через 25 мм), Длина костыля от 750 до 950 мм (рост от 115 до 135 мм), Без механизма противоскольжения Масса 0,5 кг. Костыль состоит из алюминиевых стоек, которые соединены между собой при помощи крепежных элементов. В верхней части расположен подмышечник и ручка, на нижнем конце опорной стойки крепится наконечник.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
16.2 Костыль детский металлический, регулируемый по высоте **ОПИ-51.00.00-01; -02 (КДМ-МП)**		Металлический, регулируемый по высоте от 865 мм от 965 мм (через 25 мм), Длина костыля от 850 до 950 мм (рост от 125 до 145 мм), С механизмом противоскольжения. Масса 0,57 кг. Костыль состоит из алюминиевых стоек, которые соединены между собой при помощи крепежных элементов. В верхней части расположен подмышечник и ручка, на нижнем конце опорной стойки крепится наконечник.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте и в конструкции механизма противоскольжения для исполнений -01 выдвигается при помощи кулачка, для исполнений -02 - при помощи винта
16.3 Костыль взрослый металлический **- ЦСИЕ.03.129.00.00.00; -02 (КВМ)**	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте от 1102 мм до 1417 мм (через 35 мм), Длина костыля от 1067 мм до 1382 мм (рост от 145 см до 177 см), Без механизма противоскольжения. Масса 0,92 кг и 1,10 кг. Диаметры труб боковин: 18 мм – для исполнения 00; 22 мм – для исполнения -02,	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
16.4 Костыль взрослый металлический,регулируемый по высоте: **-ЦСИЕ.03.129.00.00.00-01;-03; - 04; -05. (КВМ-МП)**	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте от 1177 мм до 1492 мм (через 35 мм), длина костыля от 1142 мм до 1457 мм (рост человека от 153 см до 185 см), С механизмом противоскольжения. Масса 1,10 кг, 1,22 кг, 1,16 кг, 1,28 кг соответственно -01;-03;-04;-05 исполнениям. Диаметры труб боковин: 18 мм – для исполнений -01 и -04; 22 мм – для исполнений -03 и -05.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений в конструкции механизма противоскольжения для исполнений -01 и -03- выдвигается при помощи кулачка; для исполнений -04 и -05 - при помощи винта.
16.5 Костыль подростковый металлический, регулируемый по высоте **- ЦСИЕ.03.132.00.00.00; -02 (КПМ)**	для подростков	Металлический, регулируемый по высоте от 1002 мм до 1107 мм (через 35 мм), длина костыля от 967 мм до 1072 мм (рост человека от 135 см до 145,5 см), без Без механизма противоскольжения. Масса 0,88 кг и 1,06 кг. Диаметры труб боковин: 18 мм – для исполнений -01 и -04; 22 мм – для исполнений -03 и -05.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
16.6 Костыль подростковый металлический,регулируемый по высоте **- ЦСИЕ.03.132.00.00.00-01;-03; -04; -05 (КПМ-МП)**	для подростков	Металлический, регулируемый по высоте от 1077 мм до 1182 мм (через 35 мм), длина костыля от 1042 мм до 1147 мм (рост человека от 143 см до 153,5 см), С механизмом противоскольжения. Масса 1,06 кг, 1,18 кг, 1,15 кг, 1,24 кг соответственно -01;-03;-04;-05 исполнениям. Диаметры труб боковин: 18 мм – для исполнений -01 и -04; 22 мм – для исполнений -03 и -05.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений: в конструкции механизма противоскольжения для исполнений -01 и -03- выдвигается при помощи кулачка;

			для исполнений -04 и -05 - при помощи винта .
16.7 Костыль взрослый комбинированный, регулируемый по высоте **-ЦСИЕ.03.133.00.00.00 (КВК)**	для взрослых	Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), без устройства противоскольжения, регулируемый по высоте от 1102 мм до 1417 мм (через 35 мм), Длина костыля от 1067 мм до 1382 мм (рост от 147 см до 182 см). Без механизма противоскольжения Масса 1,31 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
16.8 Костыль взрослый комбинированный, регулируемый по высоте **-ЦСИЕ.03.133.00.00.00-01;-02 (КВК-МП)**		Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), С механизмом противоскольжения., регулируемый по высоте от 1177 мм до 1492 мм (через 35 мм), Длина костыля от 1142 мм до 1457 мм (рост от 154 см до 189 см). Масса 1,33 кг и 1,39 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений: в конструкции механизма противоскольжения для исполнений -01 - выдвигается при помощи кулачка; для исполнений -02 - при помощи винта.
16.9 Костыль подростковый комбинированный, регулируемый по высоте **-ЦСИЕ.03.134.00.00.00 (КПК)**	для подростков	Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), регулируемый по высоте от 1002 мм до 1107 мм (через 35 мм), Длина костыля от 967 мм до 1072 мм (рост от 137 см до 147,5 см). Без механизма противоскольжения Масса 1,24 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
16.10 Костыль подростковый комбинированный, регулируемый по высоте **-ЦСИЕ.03.134.00.00.00-01;-02 (КПК-МП)**		Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), регулируемый по высоте от 1077 мм до 1182 мм (через 35 мм), Длина костыля от 1042 мм до 1147 мм (рост от 144 см до 154,5 см). С механизмом противоскольжения Масса 1,27 кг и 1,33 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений: в конструкции механизма противоскольжения для исполнений -01 - выдвигается при помощи кулачка; для исполнений -02 - при помощи винта.
***Костыль локтевой** (СТБ 1214-200; РУ № ИМ-7.102926/2009 до 03.09.2025г.)*			
16.12 Костыль локтевой **ЦСИЕ.30.182.00.00.00; (КЛ-МПВ) -01** *СТБ 1214-2000*	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте от 976 мм до 1251 мм (через 25 мм), длина нижней секции регулируется от 736 мм до 1011 мм. Масса 0,61 кг и 0,62 кг для исполнений -00 и -01 соответственно.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Исполнение -01 имеет механизм противоскольжения выдвигающийся при помощи винта. Верхняя секция костыля выполнена в виде специальной анатомической ручки.
16.13 Костыль локтевой *СТБ 1214-2000* **ЦСИЕ.30.184.00.00.00;**	для взрослых	Металлический, нерегулируемый по высоте, длина нижней секции не регулируется Длина, мм: 1047; Длина нижней секции, мм: 807; Масса, кг: 0,56	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений:

-01		1087	847	0,57	Исполнения -00…-04 – без механизма противоскольжения. Остальные исполнения наличием механизма противоскольжения и его конструкцией: Исполнения -05…-09 – с механизмом противоскольжения, который выдвигается при помощи кулачка».
-02		1127	887	0,58	
-03		1157	917	0,59	
-04		1167	927	0,59	
-05		1046	806	0,56	
-06		1086	846	0,57	
-07		1126	886	0,58	
-08	для взрослых	1156	916	0,59	Исполнения -10…-14 – с механизмом противоскольжения, который выдвигается при помощи винта.
-09		1166	926	0,60	
-10		1046	806	0,56	
-11		1086	846	0,57	
-12		1126	886	0,58	
-13		1156	916	0,59	
-14		1166	926	0,60	

17. Ходунки специальные для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей *(ТУ BY 100010315.056-2011; РУ № ИМ-7.109395 до 28.01.2026 г.)*

17.2 Ходунки для взрослых **ХДВ-120-02-00.10.00**	для взрослых рост 158-190см**	Ходунки с подмышечниками на четырех опорах качения, регулируемые по высоте ((1100…1310)±10) мм (через 30 мм). Снабжены опорой для предплечья, рукояткой для рук. Ширина (710±10) мм, длина (900±10) мм, масса 21 кг. Подмышечники регулируются по высоте. Регулировка опоры для предплечий 530…645 мм по ширине и подмышечников по ширине 380…495 мм бесступенчатая.	Вспомогательное техническое средство предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений.
17.3 Ходунки для детей с нарушением двигательной функции до 7 лет **ЦСИЕ.03.217.00.00.00**	для детей от 4 до 7 лет рост 95-125 см**	Ходунки на четырех опорах качения снабжены опорой для предплечья, подмышечниками с регулировкой по высоте 154…254 мм (через 15 мм), ремнем - подхватом для фиксации ног при ходьбе, столом. Ширина 640 мм, длина от ((880…916)±10) мм, масса 12 кг. Регулировка ходунков по высоте бесступенчатая от (620±10) мм до (922±10) мм. Регулировка подмышечников 207…347 мм. Опоры для предплечий 323…485 мм по ширине бесступенчатая	Вспомогательное техническое средство предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений.
17.4 Ходунки для детей с нарушением двигательной функции от 1 года до 5 лет **ЦСИЕ.03.519.00.00.00**	для детей до 5 лет рост 75-115 см**	Ходунки из алюминиевых труб на опорах качения снабжены опорой туловища в виде обруча с регулировкой по высоте от 670 мм до 830 мм (через 20 мм) до подмышек, ручкой регулируемой по длине, ремнем-подхватом и ограждением для предотвращения скрещивания ног при ходьбе. Ширина ходунков 514 мм, максимальная длина 764 мм, масса 9 кг.	Вспомогательное техническое средство предназначенное для облегчения при ходьбе и служат для самостоятельного передвижения внутри помещений

17.5 Ходунки для детей с нарушением двигательной функции от 6 до 10 лет **ЦСИЕ.03.646.00.00.00**	для детей от 6 до 10 лет рост 120-140 см**	Ходунки имеют четыре опоры качения. Снабжены съемным столиком, регулируемым по высоте от 790 мм до 965 мм, ремнем-подхватом. Подмышечная опора в виде замкнутого прямоугольника, регулируется по высоте от (810±10) мм до (1010±10) мм. Регулировка ходунков по высоте ((890…1065)±10) мм. Ширина ходунков (646±10) мм, длина (1050±10) мм, масса 14,0 кг	Вспомогательное техническое средство предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений.
17.6 Ходунки для детей больных ДЦП в возрасте от 5 до 10 лет **ЦСИЕ.03.151.00.00.00**	для детей от 5 до 10 лет рост 105-130 см**	Ходунки регулируемые по высоте от 477 мм до 602 мм (через 25 мм), изготавливаются из алюминиевой трубы, без опор качения. Длина (415…462) мм, ширина (444…480) мм, масса 1,4 кг.	Вспомогательное техническое средство предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений.
17.7 Ходунки трехколесные с тормозами **ЦСИЕ.03.233.00.00.00**	для взрослых и подростков рост 158-190 см**	Ходунки оснащены тормозами, регулируются по высоте бесступенчато за счет выдвижных ручек от (750±10) мм до (980±10) мм. Ширина ходунков 654 мм, длина (520…597) мм, масса 7,8 кг	Вспомогательное техническое средство предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений.
17.8 Ходунки с подмышечниками **ЦСИЕ.03.212.00.00.00; -01**	для взрослых рост 158-190 см**	Ходунки снабжены четырьмя опорами качения. Регулировка подмышечников до 160 мм от исходного положения (через 20 мм), стойки – до 120 мм (высота от пола до рукояток от 783 мм до 903 мм). Минимальная высота ходунков 1200 мм, максимальная – 1460 мм (регулировка через 20 мм). Ширина ходунков (720±10) мм и (690±10) мм, длина (745±10) мм, масса 12,3 кг и 12,0 кг.	Вспомогательное техническое средство предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений. Различие исполнений – по ширине
17.11 Ходунки 4-х колесные с тормозами **ЦСИЕ.30.215.00.00.00;-01**	для взрослых рост 158-190 см**	Два задних колеса снабжены тормозами. Имеется сиденье для отдыха, упор для спины, съемная корзина для вещей. В ходунках исполнения -00 имеется складная подножка. Регулировка по высоте (780…1000)±10) мм. Ширина (610±10) мм, длина (677±10) мм, масса 13 кг и 12,2 кг	Вспомогательное техническое средство предназначенное для облегчения при ходьбе и для самостоятельного перемещения внутри помещений, и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтным). В ходунках: исполнение -00 имеется складная подножка и возможность переустановки положения упора для спины (спереди или сзади ходунков). исполнение -01 отсутствует подножка; упор для спины устанавливается только спереди
17.12 Ходунки с опорой на предплечье, складные, на опорах качения **ЦСИЕ.03.335.00.00.00**	для взрослых рост 158-190 см**	Ходунки имеют два поворотных и два неповоротных колеса. Опора для предплечья регулируется по высоте 970…1200 мм. Имеется сиденье для кратковременного отдыха и крючки для перевозки малогабаритного груза. Ходунки складываются по ширине. Минимальная высота ходунков 1092 мм, максимальная – 1322 мм, ширина (636±10) мм, длина (805…895) мм, масса 13,5 кг. Регулировка всех подвижных узлов бесступенчатая	Вспомогательное техническое средство предназначенное для облегчения при ходьбе и для самостоятельного перемещения внутри помещений, и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтным).
17.13.Ходунки регулируемые, складные ЦСИЕ.30.600.00.00.00 -01	для взрослых	Основные параметры: длина 505 мм, ширина-617 мм, высота 942 мм, масса не более 2,65 кг Исполнение 01: длина 517 мм, ширина 663 мм,	Вспомогательное техническое средство предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений. Ходунки регулируемые по высоте, складные, на двух

		высота 942 мммм, масса 2,9 кг	передних опорах или опорах качения Различие исполнений (-00 и -01) состоит в использовании разных опор.
18. Столы съемные для кресел- колясок*(для установки на инвалидную коляску)* *(TY BY 100010315.075-2015, РУ № ИМ-7.103298/2011 до 11.11.2025 г.)*			
18.1 Стол съемный для кресла-коляски **ЦСИЕ.10.003.00.00.00…-07** (применяемость - см. Приложение 1)	для взрослых	Длина – (700…960) мм, высота – (163…180) мм. Размеры столешницы, не более: ширина – 610 мм, длина 510 мм. Масса, не более 4 кг. Максимальное выдвижение стола установленного на коляску должно составлять не более 880 мм. Положение отмечено ограничительными метками на раме. Столешница имеет ограничительные планки для предотвращения падения предметов с поверхности стола.	Вспомогательное техническое средство и предназначено для обслуживания пользователей с ограниченными возможностями, использующих кресло -коляску комнатную взрослую, подростковую или кресло -коляску с судном при приёме пищи, чтении, письме и других работах, выполняемых в домашних условиях. Различие исполнений – в зависимости от ширины сиденья кресла -коляски, на которую устанавливается стол.
18.2 Стол для кресла - коляски ОПИ-45.00.00.000 **ЦСИЕ.03.717.00.00.00**	для детей	Длина – 750 мм, высота – 165) мм. Размеры столешницы, не более: ширина – 530 мм,длина 510 мм. Масса, не более 4 кг. Максимальное выдвижение стола установленного на коляску должно составлять не более 880 м. Положение отмечено ограничительными метками на раме. Столешница имеет ограничительные планки для предотвращения падения предметов с поверхности стола.	Вспомогательное техническое средство и предназначено для обслуживания пользователей с ограниченными возможностями, использующих кресло -коляску комнатную для детей при приёме пищи, чтении, письме и других работах, выполняемых в домашних условиях. Стол используется совместно с креслом - коляской комнатной для детей ОПИ-45.00.00.00 (рост до 120 см)
18.3 Стол для кресла -коляски ЦСИЕ.03.271.00.00.00 **ЦСИЕ.03.718.00.00.00**	для детей	Длина – 750 мм, высота – 165) мм. Размеры столешницы, не более: ширина – 530 мм,длина 510 мм. Масса, не более 4 кг. Максимальное выдвижение стола установленного на коляску должно составлять не более 880 мм. Положение отмечено ограничительными метками на раме. Столешница имеет ограничительные планки для предотвращения падения предметов с поверхности стола.	Вспомогательное техническое средство и предназначено для обслуживания пользователей с ограниченными возможностями, использующих кресло -коляску для детей больных ДЦП при приёме пищи, чтении, письме и других работах, выполняемых в домашних условиях. Стол используется совместно с креслом - коляской для детей больных ДЦП (рост до 145 см) ЦСИЕ.03.271.00.00.00
*19. **Стул для детей со спинномозговой патологией** (СТБ 1594-2005; РУ № ИМ-7.110130 до 24.06.2026 г; РФ,от 03.09.2020 № РЗН №2020/11848 -бессрочно, Республика Казахстан РК-МТ-О № 022708 от 20.08.2021г.)*			
19.1 Стульчик для детей, начинающих ходить		Снабжен валиком для разведения ног, регулируемой бесступенчато подножкой по высоте и углу наклона, страховочным ремнем, поворотными колесными опорами с тормозным механизмом	Предназначен для детей со спинномозговой патологией при эксплуатации в помещении. Различие исполнений по ширине сиденья и высоте спинки. Масса пользователя не

	для детей					более 50кг
	рост,см:	Ширина сиденья, мм	Высота (Н±10) мм	Длина, (L±10) мм	Ширина , (В±10) мм	
15.99.033.00.00.000	89-104	280	**670**	**470**	**360**	
-01	81-97	280	**580**	**406**	**360**	
-02	76-91	240	**480**	**380**	**320**	Исполнения: -03,-04,-05 оснащены поворотными колесными опорами с тормозным механизмом
-03	89-104	280	**746**	**524**	**428**	
-04	81-97	280	**656**	**460**	**428**	
-05	76-91	240	**556**	**434**	**418**	
19.2 Стул для занятий **15.99.034.00.00.000;** **-01**	для детей рост 104 -163 см	370	859	753	510	Регулируется по глубине сиденья. Спинка имеет регулировку угла наклона, мягкую накладку. Подлокотник и подножка регулируются по высоте, изменением угла наклона. Регулировка подножки по высоте и углу наклона - бесступенчатая. Имеются страховочные ремни, валик для разведения ног
Исполнения оснащены поворотными колесными опорами с тормозным механизмом **-02**			1050	753		
-03			858	789		
			1049	789		
19.3 Стул для занятий **ЦСИЕ.03.202.00.00.00;** **-01** Исполнения оснащены поворотными колесами **-02** **-03**	Для детей рост 104-163 см	Регулируется по глубине сиденья. Спинка имеет регулировку угла наклона, мягкую накладку. Подлокотники и подножка регулируются по высоте, и изменяется угол наклона. Регулировка подножки по высоте и углу наклона – бесступенчатая. Имеются страховочные ремни, валик для разведения ног. Снабжен съемным столиком, установленным на подлокотниках. Высота – (859±10) мм и (1050±10) мм, длина (847...884±10) мм, ширина (560±10) мм. Ширина сиденья – 370 мм. Масса -19 кг (исполнения 00 и -02) Масса 20 кг (исполнения 01 и -03) Масса пользователя, не более 50 кг				Предназначен для детей со спинномозговой патологией при эксплуатации в помещении. Различие исполнений – по высоте спинки, количеством упоров и оснащении поворотно колесными опорами с тормозным механизмом. Исполнения 00 и -02 имеют два упора, исполнения 01 и -03 имеют четыре упора

19.4 Стул для детей с ДЦП **БРС 11.00.00.000** Исполнение оснащено пятью поворотными колесными опорами с тормозным механизмом : **БРС 11.00.00.000-01**	для детей рост до 112 см	На спинке расположены регулируемые ограничители головы с обеих сторон. Подножка регулируется по высоте и углу наклона. Ширина 520±10 мм, длина (700…810±10) мм, высота (830…900±10) мм, Масса- 20,5 кг. Ширина сиденья – 340±5 мм. Масса пользователя, не более 50кг Длина – (670…780±10)мм Ширина – (520±5) мм; Высота – (900…970±10) мм Ширина сиденья -340±5мм Масса -21,5 кг. Масса пользователя, не более 50кг.	Предназначен для детей больных детски церебральным параличом, для удержания их в сидячем положении (преимущественно до 6 лет). Снабжен регулируемыми элементами: спинкой с регулируемым углом наклона, подлокотниками, подножкой, сиденьем, абдуктором, упорами для головы, страховочными ремнями. Все элементы стульчика регулируются бесступенчато. На регулируемые подлокотники устанавливается, съемный столик.Стул оснащен двумя транспортировочными колесами для его перемещения Наличие пяти поворотных колес с тормозами позволяет перемещение стула вместе с пользователем
19.5 Стульчик со столиком для занятий РГ-ПД-СЭ-ПЭ ЦСИЕ.30.510.00.00.00 **-01** **-02**	для детей (до 50 кг) Рост до 160 см	Основные параметры: Длина 1275 мм, Высота 1350 мм Ширина 560 мм, Масса 17 кг Масса пользователя не более 25 кг <u>Исполнение 01:</u> Ширина 600 мм, Масса 20кг Масса пользователя не более 50 кг <u>Исполнение -02:</u> Ширина 660 мм, Масса 23кг Масса пользователя не более 50кг	Техническое средство реабилитации детей, больных детским церебральным параличом, используемые в жилых помещениях и общественных зданиях, доступных для инвалидов (домах инвалидов, домах ребенка, в больницах и реабилитационных центрах и т. д.), с целью приобретения навыков для обеспечения жизнеспособности в условиях ограничения жизнедеятельности Стульчик со столиком для занятий предназначен для детей и имеет спинку с регулируемым углом наклона. Подлокотники и подножка регулируются по высоте. Регулировка подножки по высоте – бесступенчатая, по углу наклона регулируется от 0° до 90°. Стул имеет съемный столик, установленный на подлокотниках и мягкие элементы (подушка сиденья и спинки). Имеются страховочные ремни, валик для разведения ног. Стул оснащен поворотными колесными опорами с тормозами для удобства передвижения
19.6 Стульчик напольный ПД-СЭ-ПЭ ЦСИЕ.30.580.00.00.00	для детей (от 1 года до 5 лет) Рост до 115см	Основные параметры: Длина - 605...665 мм; Высота - 685...885 мм; Ширина - 480 мм; Масса - 8,3 кг. Масса пользователя не более 50 кг.	Стульчик предназначен для детей со спинномозговой патологией и устанавливается на пол. Оснащён мягкими элементами (сиденье, спинка и подголовник). Укомплектован страховочными ремнями (с возможностью переустановки по высоте и изменением длинны ремней), а также абдуктором для разведения ног с возможностью регулировки положения по

			глубине и подголовником регулирующимся по высоте и оснащён поворотными колесными опорами с тормозом.
20. Приспособления для удержания в стоячем и (или) в сидячем положении детей со спинномозговой патологией *(СТБ 1594-2005; РУ № ИМ-7.110130 до 24.06.2026 г.)*			
20.1 Стенд-стойка **ЦСИЕ.03.140.00.00.00**	для детей рост 105-130** см	Высота (786…986) мм, Длина 746 мм, Ширина 620 мм, Масса 25 кг. Все опоры регулируются по высоте. Регулировка упора грудного отдела через 15 мм. Остальные подвижные узлы регулируются бесступенчато.	Стойка предназначена для фиксации в положении «стоя» детей, больных ДЦП в возрасте от 4 до 12 лет при помощи опор на грудной и спинной отделы, тазобедренные и коленные суставы. Применяется для оснащения ортопедических клиник, травматологических и восстановительных отделений клиник и для индивидуального использования в бытовых условиях Снабжена регулируемым по высоте столиком
20.2 Столик с подъемником универсальный (для детей дошкольного возраста) **СО.60.1.000.00**	для детей рост 100-120**	Ширина стола (646±10) мм, длина (1250±10) мм, высота (1310±10) мм, Масса 40 кг. Масса пользователя, не более 50 кг (Возрастная группа от 3 до 6 лет)	Стол предназначен для улучшения условий пребывания детей с ДЦП в лечебном или профилактическом учреждении, а также в домашних условиях при эксплуатации в помещении. Стол служит для фиксации в вертикальном положении пользователя с опорой на спину. Имеет регулируемое по высоте устройство для фиксации ног, тазобедренную опору, регулируемую по высоте подножку с подпяточниками, ремень для ног. Для удобства положения платформа имеет возможность изменения угла наклона до 90° от вертикального положения. Регулировка всех подвижных узлов бесступенчатая. Поворот платформы стола осуществляется ручным механическим приводом
20.3 Столик с подъемником универсальный (для детей младшего школьного возраста) **СО.60.2.000.00**	для детей рост 115-165**	Ширина стола (720±10) мм, длина (1450±10) мм, высота (1710±10) мм, Масса 43 кг. Масса пользователя, не более 75 кг (Возрастная группа от 6 до 14 лет)	
20.4 Столик рабочий с фиксированным положением ребенка (для детей дошкольного возраста) **СО.60.3.000.00**	для детей рост 100-120**	Ширина стола 600 мм, длина 1035 мм, высота 1160 мм. Масса пользователя, не более 50 кг (Возрастная группа от 3 до 6 лет)	Стол предназначен для улучшения условий пребывания детей с ДЦП в лечебном или профилактическом учреждении, а также в домашних условиях при эксплуатации в помещении. Стол служит для фиксации в вертикальном положении пользователя с опорой на грудную клетку. Имеет регулируемое по высоте устройство для фиксации ног, тазобедренную опору, регулируемую по высоте подножку с подпяточниками, ремень для ног. Для удобства положения платформа имеет возможность изменения угла наклона до 90° от вертикального положения. Регулировка всех подвижных
20.5 Столик рабочий с фиксированным положением ребенка (для детей младшего школьного возраста) **СО.60.4.000.00**	для детей рост 115-165**	Ширина стола 790 мм, длина 1185 мм, высота 1384 мм, Масса 38 кг. Масса пользователя, не более 75 кг (Возрастная группа от 6 до 14 лет)	

					узлов бесступенчатая. Поворот платформы стола осуществляется ручным механическим приводом	
20.6 Сиденье угловое напольное **15.99.035.00.000**	для детей рост до:	Исполнение -02 дополнительно оснащено поворотными колесными опорами с тормозным механизмом Масса пользователя не более 50кг			Предназначено для детей со спинномозговой патологией. Устанавливается на пол Снабжено страховочным ремнем, мягкими элементами и валиком для разведения ног	
		Ширина сиденья, мм	Высота, (Н±10) мм	Длина, (L±10) мм	Ширина, (В±10) мм	Масса, не более, кг
-01	94 см 117	340	380	390	435	3,6
-02	117см	390	580	440	490	5,3
		390	640	440	530	6,8
21. Матрац специальный противопролежневый или система противопролежневая						
21.1 Матрац специальный противопролежневый (система противопролежневая)	для взрослых			БПОВЦ обеспечивает инвалидов за счет закупки у сторонних организаций		
22. Перекладина подъемная к кровати (рама «Балканская») *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.110271 до 24.06.2026г.)*						
22.1 Перекладина подъемная к кровати металлической:		Крепится к спинке кровати. Ширина – 900 мм, высота – 1500 мм.		Предназначена для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота на кровати, разработки нижних конечностей, вытягивания больных суставов. В зависимости от конструкции и размеров кровати могут изготавливаться по индивидуальному заказу		
ОПИ-101.00.00	для взрослых	Длина, мм	Масса, кг			
-01		2328	15,90			
-02		2318	15,85			
-03		2268	15,81			
-04		2268	15,82			
-05		2228	15,74			
-06	для взрослых	2208	15,00			
-07		2228	15,74			
-08		2128	14,78			
		2268	15,87			
22.2 Перекладина подъемная к кровати деревянной:		Крепится к спинке кровати. Высота – 1496 мм.		Предназначена для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота на кровати, разработки нижних конечностей, вытягивания больных суставов. В зависимости от конструкции и размеров кровати могут изготавливаться по индивидуальному заказу		
	Для взрослых	Длина, мм	Ширина, мм	Масса, кг		
ОПИ-103.00.00		2520	958	38,2		
-01		2370	1118	35,8		
-02		2370	848	32,9		

-03		2370	748	31,7	
-04		2340	1468	38,4	
-05		2300	1378	37,8	
-06		2300	1156	35,3	
-07		2300	1115	35,2	
-08		2300	1136	37,0	
-09		2300	958	36,7	
-10		2300	718	32,2	
-11		2240	1048	34,0	
-12		2210	1088	33,8	
-13		2370	768	32,8	
-14		2370	1048	33,6	
-15		2170	1848	41,2	
-16		2200	898	32,4	
22.2 Перекладина подъемная к кровати деревянной: **ОПИ-103.00.00М**	для взрослых	Крепится к спинке кровати. Высота – 1496 мм, ширина регулируется от 958 мм до 1408 мм; длина регулируется от 2150 мм до 2550 мм. Масса, не более 40 кг			Предназначена для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота на кровати, разработки нижних конечностей, вытягивания больных суставов. Регулируется (ступенчато) по ширине и длине в зависимости от габаритных размеров кровати больного.
23. Столик прикроватный *(ТУ BY 100010315.054-2010; РУ № ИМ-7.97000/2010 до 22.10.2025 г.)*					
23.1 Столик прикроватный **7800-0162.00.00**	для взрослых, подростков и детей	Длина – 812±5 мм, Высота –971±5 мм, Ширина (398±5) мм			Предназначен для обслуживания больных с заболеванием опорно-двигательного аппарата и оснащения клиник, использования в домашних условиях. Столик снабжен колесиками для перемещения, имеет регулировку по высоте.
24. Поручни для туалета, ванной и душевой *СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.110271 до 24.06.2026г.)*					
24.1 Поручень к унитазу **ОПИ-110.00.00; -01**	для взрослых	Исполнение правое и левое. Крепится с одной или с двух сторон унитаза. Длина – 548 мм, ширина – 235 мм, высота – 750 мм, масса - 3,1 кг.			Применяется в качестве опорного приспособления при посадке и вставании с унитаза.
24.2 Поручень **ОПИ-87.00.00**	для взрослых и детей	Крепится с двух сторон раковины. Длина – 450 мм, высота – 325 мм, Масса – 1,6 кг.			Применяется в качестве опорного приспособления при умывании и крепится к стене.
24.3 Поручень поворотный для ванны **ОПИ-99.00.00**		Крепится на стену в ванной, располагается вдоль стены. При использовании поворачивается перпендикулярно ванне и фиксируется. Длина – 825 мм, ширина – 481 мм, Масса не более 4 кг.			Применяется в качестве опорного приспособления для ванной комнаты

24.4 Поручень угловой с откидным сиденьем для душевых **ОПИ-98.00.00;-01**	для взрослых	Сиденье при необходимости откидывается параллельно стене. Для дополнительной опоры совместно с сиденьем на стены крепятся поручни. Ширина сиденья – 490 мм, масса – 10,1 кг. Исполнение-01 поручнем не комплектуется		Применяется в качестве опорного приспособления для душевых комнат при умывании и крепится к стене. Предназначен для людей с ограничениями жизнедеятельности.
24.5 Поручень **ЦСИЕ.03.710.00.00.00**		Длина, мм	Масса, кг	
-01	для взрослых и детей	345	0,65	Предназначен в качестве опорного приспособления при ходьбе в помещениях, имеет опоры для крепления к стене и устанавливается в различных помещениях.
-02		450	0,81	
-03		575	1,00	
-04		1075	1,73	
		750	1,25	
24.6 Поручень в коридор* **ЦСИЕ.03.711.00.00.00**	для взрослых и детей	Длина поручня – согласно индивидуальному заказу.		Предназначен в качестве опорного приспособления при ходьбе в помещениях, имеет опоры для крепления к стене и устанавливается в различных помещениях.
*25. **Приспособление к кровати** СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.110271 до 24.06.2026г.)*				
25.1 Приспособление к кровати **ЦСИЕ.03.156.00.00.00**	для взрослых и детей	Регулировка угла наклона 30°, 45°, 60° и 75°. Длина – (608±5) мм, ширина – 806 мм, Масса – 3,5 кг.		Применяется для поддержания туловища и головы в фиксированном положении лежа на кровати и предназначено для пользователей с ограничениями жизнедеятельности.
*26. **Приставка к унитазу** СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.110271 до 24.06.2026г.)*				
26.1 Приставка к унитазу **ЦСИЕ.03.168.00.00.00; -01**	для взрослых	Длина – (420±10) мм, ширина – (520±10) мм, высота – (700±10) мм и (750±10) мм, Масса – 4,7 кг и 4,9 кг.		Применяется в качестве опорного приспособления при пользовании унитазом и предназначено для пользователей с ограничениями жизнедеятельности Различие исполнений – по высоте
*27. **Сиденье для ванны** СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.110271 до 24.06.2026г.)*				
27.1 Сиденье для ванны **ЦСИЕ.03.169.00.00.00; -01**	для взрослых и детей	Устанавливается в ванну. Длина – (495±5) мм, ширина – (678±5) мм и (766±5) мм, высота – (300±5) мм, Масса 5,5 кг и 5,62 кг.		Применяется для облегчения ухода за больными и инвалидами в ванной комнате. Различие исполнений – по ширине. Сиденье и спинка изготавливаются из пиломатериалов лиственных пород.
27.2 Сиденье для ванны **ЦСИЕ.03.720.00.00.00**	для взрослых и детей	Устанавливается в ванну. Длина – (450±3) мм, ширина – (676±5) мм, высота – (303,5±3) мм, масса – 4,9 кг.		Применяется для облегчения ухода за больными и инвалидами в ванной комнате. Сиденье и спинка изготавливаются из высокопрочных полимеров.

28. Приспособление для туалета для взрослых *СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.110271 до 24.06.2026г.)*					
28.1 Приспособление для туалета (для взрослых)	для взрослых	Ширина – (368±5) мм.			Предназначено для использования в туалетах, не оборудованных унитазами для людей с ограничениями жизнедеятельности
		Длина, (L±5) мм	Высота, мм	Масса, не более, кг	Различие исполнений - по высоте
ЦСИЕ.03.171.00.00.00		483	500	2,3	
-01		490	540	2,4	
-02		500	600	2,5	
28.2. Приспособление для туалета со спинкой *СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.110271 до 24.06.2026г.)*					
28.2 Приспособление для туалета со спинкой	для взрослых	Ширина – (453±10) мм.			Предназначено для установки над унитазом или другими санитарными емкостями в квартирах или медицинских учреждениях
		Длина, (L±10) мм	Высота,(±10), мм	Масса, не более, кг	Используется при пользовании туалетом для облегчения присаживания и вставания пользователей с патологией коленных и тазобедренных суставов.
ЦСИЕ. 30.365.00.00.00		501	799	4,5	
-01		510	849	4,8	
29.Приспособление для туалета для детей (СТБ 1594-2005 *РУ № ИМ-7.110130 до 24.06.2026 г.)*					
29.1 Стульчик для туалета (рост от 97 до 122 см) **ЦСИЕ.03.367.00.00.00**	для детей рост от 97 см до 122 см	Высота, не более, 900 мм, Длина, не более, 880 мм. Ширина, 470 мм Высота сиденья от пола регулируется от 260 мм до 332 мм.		Масса, не более 12 кг	Предназначен для детей со спинномозговой патологией и размещения в нем пользователя для выполнения естественных надобностей. Стул может использоваться в лечебных или профилактических учреждениях, а также в домашних условиях.Стульчик включает в себя раму с сиденьем, спинкой, подножкой, подлокотниками и съёмной санитарной ёмкостью. Для ограничения перемещения и фиксации элементов тела пользователя предусмотрены страховочные ремни и боковые ограничители. Стульчик комплектуется съёмным столом, а также мягкой подушкой на спинку
29.2 Стульчик для туалета (рост от 112 до 139 см) **ЦСИЕ.03.368.00.00.00**	для детей рост от 112 см до 139 см	Высота, не более 980, мм, Длина, не более, 940 мм Ширина,470 мм Высота сиденья от пола регулируется от 260 мм до 380 мм.		Масса, не более, 13,5 кг	
29.3 Стульчик для туалета (рост от 127 до 160 см) **ЦСИЕ.03.369.00.00.00**	для детей рост от 127 см до 160 см	Высота – 1250 мм, Длина, 1130мм Ширина, 590 мм. Высота сиденья от пола регулируется от 345 мм до 465 мм.		Масса не более, 15,5 кг	

30. Протезы верхних и нижних конечностей (основной, лечебно-тренировочный, рабочий, для купания), кисть косметическая *(СТБ 932-2008 РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.)*			
30.1 Протез основной на верхнюю и нижнюю конечность	Для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При ампутации верхних и нижних конечностей различных уровней
30.2 Протез лечебно-тренировочный на верхнюю и нижнюю конечность			Для формирования культи и стабилизации размеров, обучения пользованию протезом.
30.3 Протез рабочий на верхнюю конечность			Для выполнения определенных видов работ на производстве и в быту
30.4 Протез рабочий на нижнюю конечность			Для удобства перемещения во время производственной деятельности
30.5 Протез для купания на нижнюю конечность			Для принятия водных процедур в протезе
30.6 Кисть косметическая			БПОВЦ обеспечивает инвалидов за счет закупки у сторонних организаций
31. Ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные вставки, сапожки Дикуля и др. изделия, кроме стелек-супинаторов, стелек ортопедических)			
31.1 Аппараты верхних и нижних конечностей *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	Для Взрослых И детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях и для послеоперационного лечения верхних и нижних конечностей
31.2 Ортезы верхних и нижних конечностей СТБ 932-2008; *РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.*			При заболеваниях и для послеоперационного лечения верхних и нижних конечностей
31.2 Туторы верхних и нижних конечностей *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	
31.3 Наколенник ПИО-03 *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.
31.4 Обувные вставки, в том числе:	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При относительно длинных полностью опороспособных культях стопы
31.4.1 Вкладное ортопедическое приспособление при			

дефектах переднего отдела стопы *ТУ РБ 03198611.005-94* *РУ № ИМ-7.5431/2012 - бессрочно*			
31.4.2 Вкладной ортопедический туфелек. *ТУ РБ 03198611.005-94* *РУ № ИМ-7.5431/2012 - бессрочно*			При длинных опорных культях стопы
31.4.3 Вкладной ортопедический башмачок *ТУ РБ 03198611.005-94* *РУ № ИМ-7.5431/2012 - бессрочно*			При средних частично опорных в эквинусной и эквино-варусной установке культях стоп и др.
31.5 Сапожки Дикуля *СТБ 932-2008;* *РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для обучения ходьбе при спинно-мозговой травме с повреждением спинного мозга
31.6 Бандажи ортопедические на нижние конечности *ТУ BY 100010315.077-2022 РУ №ИМ-7.111551 до 18.03.2027г.*	Для взрослых и детей	По индивидуальным заказам и серийно. При серийном изготовлении размеры: XS, S, M, L, XL, XXL	Предназначены для обеспечения ограничения нефизиологических движений суставов нижних конечностей с целью их фиксации и поддержания их в покое. Бандажи класса компрессии не имеют
32 Ортезы на позвоночник (корсеты, реклинаторы, пояса радикулитные и другие изделия)			
32.1 Корсеты, в том числе:			
32.1.1 Корсеты фиксирующие из различных материалов *СТБ 932-2008;* *РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для фиксации позвоночника при консервативном и послеоперационном лечении
32.1.2 Лечебный корсет-грация *ТУ РБ 03198611.009-96;* *РУ № ИМ-7.109614 до 16.02.2026 г*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
32.1.3Корсет текстильный высокий комбинированный *ТУ РБ 03198611.009-96;* *РУ № ИМ-7.109614 до 16.02.2026 г*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период

32.1.4 Корсет-бандаж текстильный высокий комбинированный *ТУ РБ 03198611.009-96;* *РУ № ИМ-7.109614 до 16.02.2026 г*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
32.1.5 Корсет-бандаж *ТУ РБ 03198611.009-96;* *РУ № ИМ-7.109614 до 16.02.2026 г*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
32.1.6 Корсеты функционально коррегирующие, коррегирующи из различных материалов *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025*			Для фиксации позвоночника при консервативном лечении
32.1.7 Корсет-головодержатель, головодержатель *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г*		По индивидуальным заказам	При врожденной мышечной кривошее при лечении консервативными и хирургическими методами, нарушениях мышечного равновесия в шейном отделе, после травм шейного отдела позвоночника
32.2 Реклинаторы *СТБ 932-2008;* *РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам 0 по 8 размер	Для пациентов с начальными формами нарушения осанки и легких нефиксированных деформаций
32.3Корректоры осанки *СТБ 932-2008;* *РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам	Для пациентов с начальными формами нарушения осанки и легких нефиксированных деформаций
32.4 Пояс радикулитный ПИО-21 *ТУ РБ 03198611.006-94;* *РУ №ИМ-7.5433/2203-бессрочно*	для взрослых	По индивидуальным заказам и серийно. При серийном изготовлении размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL	При остеохондрозе, затихшем туберкулезе позвоночника, неспецифическом спондилите и спондилоартрозе, болевых ощущениях, парезе мышц брюшной стенки и других патологических состояниях
32.5 Пояса - ремни фиксирующие на различные отделы позвоночника *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для фиксации позвоночника при консервативном и послеоперационном лечении
32.6 Бандажи ортопедические поддерживающие на туловище *ТУ BY 100010315.078-2022* *РУ №ИМ-7.111326 до 18.02.2027г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам и серийно. При серийном изготовлении размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL	Предназначены для поддержания туловища при различных заболеваниях позвоночника и для профилактики послеоперационных осложнений. Бандажи класса компрессии не имеют.

33. Экзопротезы молочной железы с лифами			
33.1 Экзопротезы молочной железы *ТУ BY 100010315.089-2021 РУ №ИМ-7/111058 до 13.12.2026г.*	для взрослых	С 0 по 12 размер	После мастэктомии
33.2 Экзопротез молочной железы облегченный спортивный *ТУ BY 100010315.087-2021 РУ №ИМ-7.110811 до 25.10.2026г.*	для взрослых	С 0 по 07 размер	После мастэктомии. Рекомендуется при занятиях спортом, в том числе плавании
33.3 Лиф-бюстгальтер для крепления экзопротеза молочной железы, лиф-полуграция для крепления экзопротеза молочной железы *ТУ РБ 03198611.009-96; РУ № ИМ-7.109614 до 16.02.2026 г*	для взрослых	По индивидуальным заказам	Для крепления экзопротезов молочной железы
34 Изделия для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, шины и др. изделия)			
34.1 Абдукционные трусики *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для детей	По индивидуальным заказам с 0 по 36 размеры	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.2 Стремянка при врожденном вывихе бедра *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для детей	По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.3 Шина МНИИТО *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 0 по 4 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.4 Шина Виленского *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 1по 6 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.5 Шина БелНИИТО *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	Для	По индивидуальным заказам с 0 по 4 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей

34.6 Шина Ситенко *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	детей	По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.7 Абдукционная подушка Фрейка *СТБ 932-2008; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для детей	По индивидуальным заказам с 14 по 36 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.8 Распорка модифицированная *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.9 Распорка с креплением *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 1по 6 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.10 Ортез для лечения дисплазии тазобедренных суставов *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.11 Распорка регулируемая *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 1по 3 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.12 Аппарат Мирзоевой *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для детей	По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.13 Устройство для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 *СТБ 932-2008, ТО BY 100010315.327-2013; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.* **ЦСИЕ.02.057.00.00.00**	для детей	Устройство включает металлический каркас, к которому крепятся детские ортопедические ботиночки. Регулируется угол положения ботиночек по шкалам, нанесенным на подстопниках устройства. Ботиночек имеет специальное отверстие для наблюдения положения стопы ребенка	Используется в ортопедии и травматологии в раннем консервативном и послеоперационном лечении врожденной косолапости у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Устройство может быть использовано в ряде случаев при лечении плоскостопия у детей в раннем детском возрасте.

	Размеры без ботинок, мм		Масса, кг	Расстояние разведения ног, мм
	Длина	Ширина		
-01	240...295	100	0,50	187...240
-02	240…295	100	0,50	187…240
-03	280…335	100	0,57	227…283
	320…375	115	0,63	267…323
	360….417	115	0,70	307…365

35. Спецрукавицы (спецперчатки)			
35.1Спецрукавицы (спецперчатки) при ампутациях и дефектах кистей *ТУ BY 100010315.065-2010; РУ № ИМ-7.96565/2012 - бессрочно*	для взрослых	По индивидуальным заказам	При ампутациях и дефектах кистей
36. Ортопедическая обувь			
36.1 Ортопедическая обувь *ТУ BY 100010315.076-2019 РУ № ИМ-7.5434/1908 до 23.08.2024г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При деформациях и дефектах стоп, на протез.
36.2 Профилактическая обувь* *ТУ BY 100010315.076-2019 РУ № ИМ-7.5434/1908 до 23.08.2024г.*		По типоразмерам половозрастных групп	В целях предупреждения развития патологических отклонений в стопе и защиты от статических нагрузок
36.3 Стельки ортопедические* (*СТБ 933-2008; РУ № ИМ-7.102732/2012 - бессрочно*		По индивидуальным заказам, по типоразмерам половозрастных групп	При патологических отклонениях стоп или в целях предупреждения развития таких отклонений
37 Изделия бандажные (бандажи: лечебный, почечный, для больных с искусственным анусом, лечебный женский, лечебный детский, послеоперационный, грыжевой паховый, грыжевой паховопупочный, пояс-бандаж лечебный грыжевой пупочный, бандаж-пояс при расхождении лонного сочленения)			
37.1 Бандаж лечебный, лечебный детский *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 -бессрочно*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При опущении внутренних органов, при вентральных послеоперационных грыжах
37.2 Бандаж почечный *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 -бессрочно*			При опущении почек
37.3 Бандаж для больных с искусственным анусом *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 – бессрочно*			В послеоперационный период для больных с искусственным анусом
37.4 Бандаж лечебный женский *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 - бессрочно*	для взрослых		При опущении органов малого таза, стенок влагалища, выпадении матки

37.5 Бандаж послеоперационный *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 - бессрочно*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	В послеоперационный период при наличии неокрепших послеоперационных рубцов, рубцов после вторичного заживления ран с целью профилактики расхождения послеоперационных рубцов, при обширных грыжах брюшной стенки.
37.6 Бандаж грыжевой паховый *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 - бессрочно*			При наличии паховой грыжи с одной или двух сторон.
37.7 Пояс-бандаж лечебный грыжевой пупочный *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 - бессрочно*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для удержания пупочной и вентральной грыжи.
37.8 Бандаж грыжевой пахово-пупочный *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 - бессрочно*	Для взрослых	По индивидуальным заказам	При наличии паховой грыжи с одной или двух сторон в сочетании с пупочной (вентральной) грыжей.
37.9 Бандаж-пояс при расхождении лонного сочленения *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 - бессрочно*	для взрослых	По индивидуальным заказам	При возникновении расхождения костей лонного сочленения (симфеза), при травмах таза с нарушением целостности тазового кольца
37.10 Бандаж, пояс-бандаж дородовые* *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 - бессрочно*	для взрослых	По индивидуальным заказам	В период беременности для предупреждения излишнего растяжения мышц брюшной стенки
37.11 Бандаж послеродовый* *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/2109 -бессрочно*			В послеродовый период для поддержания растянутых мышц брюшной стенки, для ускорения сокращения мышц
38. Изделия ортопедические (обтураторы, сиденье кожаное, подколенник кожаный, спецбрюки при парной ампутации нижних конечностей, чулки-ползунки, приспособление для поддержания нижних конечностей, суспензорий)			
38.1Обтураторы *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При дефектах черепа и грудной клетки различной этиологии
38.2 Сиденье кожаное *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*			Для пациентов с выявленными противопоказаниями для сложного протезирования, имеющих ампутационные дефекты на уровне бедер, начиная от экзартикуляции а тазобедренных суставах

38.3 Подколенник кожаный (*СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для пациентов при двусторонней ампутации голеней , с выявленными противопоказаниями для протезирования
38.4 Спецбрюки при парной ампутации нижних конечностей (*СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых	По индивидуальным заказам	При двусторонней ампутации нижних конечностей, в случае противопоказаний к протезированию, также к протезам при двусторонней экзалькуляции в тазобедренных суставах
38.5 Чулки-ползунки *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей		При наличии контрактур в голеностопных и тазобедренных суставах, не подлежащих устранению
38.6 Приспособление для поддержания нижней конечности (*СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*			Для разгрузки тазобедренного сустава с целью создания условий для формирования головки тазобедренного сустава.
38.7 Стяжки* *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		С 17 по 22 размер	Для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения распластанности, а также до- и после- хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей и др.
38.8 Подушки абдукционные , поддерживающие повязки с подушкой* *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		Одного типоразмера	Для поддержания и отведения плечевого сустава после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече, вывихе плеча, артрозе, миозите, при ушибах, повреждении связок и др.
38.9 Суспензорий *ТУ РБ 03198611.009-96; РУ № ИМ-7.109614 до 16.02.2026 г*	для взрослых	По индивидуальным заказам	При пахово-мошоночных грыжах (не вправляемых) варикоцеле и др.

57. **Приспособление для купания детей с ДЦП** *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.110271 до 24.06.2026 г. РФ, от 21.02.2020 № РЗН 2020/9685 - бессрочно)*

57.1 Приспособление для купания детей с ДЦП **ЦСИЕ.03.886.00.00.00** **-01** **-02**	для детей (до 50кг)	Устанавливается вовнутрь ванны Длина, не более, : исполнение -00 -792 мм, исполнение-01- 1006 мм, исполнение -02 -1222 мм			Предназначено для обслуживания пользователей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при личной гигиене в ванной. Каркас изготовлен из труб из полимерных материалов; спинка и сиденье - обтянуты водоотталкивающей тканью (баннером).
	рост до: 92 см	Глубина сиденья, (L±5) мм	Ширина сиденья, мм	Высота спинки, (H±5) мм	
		220	298	520	
	127 см	300	334	660	
	173 см	370	352	810	

57.2 Приспособление для купания детей с ДЦП **ЦСИЕ.30.544.00.00.00**	для детей (до 50кг)	330	392	425	Приспособление состоит из алюминиевых труб, обтянутых тканью (банером) с регулировкой угла наклона сиденья
58. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов					БПОВЦ обеспечивает инвалидов за счёт закупки у сторонних организаций
58.1 Захват для надевания рубашек (одежды)	для взрослых и детей				При выраженных нарушениях статодинамической функции одной верхней конечности при: выраженном парезе верхней конечности; деформации верхней конечности (анкилозы, контрактуры суставов, ложные суставы); ампутации верхней конечности
58.2 Захват для надевания носков	для взрослых и детей				При выраженных нарушениях способности к самообслуживанию: затруднены или невозможны наклоны туловища вперед
58.3 Приспособления для застегивания пуговиц					При нарушении моторики пальцев рук
58.4 Захват активный					При стойко выраженных, значительно выраженных нарушениях статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования креслом коляской, ходунками)
58.5 Захват для удержания посуды					При умеренных и выраженных нарушениях статодинамической функции обеих верхних конечностей, выраженные нарушения статодинамической функции одной верхней конечности
58.6 Специальный захват для открывания банок, бутылок					При нарушении моторики пальцев рук
58.7 Специализированные вилка, ложка, нож					При умеренных, выраженных, значительно выраженных нарушениях моторики пальцев и кистей обеих верхних конечностей

59. Купальник (купальный костюм) для крепления экзопротеза молочной железы			
59.1 Купальник для крепления экзопротеза молочной железы *ТУ РБ 03198611.009-96;* *РУ № ИМ-7.109614 до 16.02.2026 г*	для взрослых	По индивидуальным заказам	Для крепления экзопротезов молочной железы
59.2 Купальный костюм для крепления экзопротеза молочной железы *ТУ РБ 03198611.009-96;* *РУ № ИМ-7.109614 до 16.02.2026 г*			
60. Ступеньки к ванне *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.110271 до 24.06.2026г.)*			
60.1 Ступеньки к ванне **ЦСИЕ.03.891.00.00.00**	Для взрослых и детей	Устанавливается перед ванной. Длина – 430 мм, ширина – 385 мм, высота – 175,5 мм, масса – 3 кг.	Служат для облегчения подъема в ванну больных и инвалидов. Изготавливаются из алюминиевых труб диаметром 25 мм и пиломатериалов лиственных пород.
60.2 Ступенька к ванне **ЦСИЕ.03.892.00.00.00**		Устанавливаются перед ванной. Длина – (658±10) мм, ширина – (385±10) мм, высота – (326±10) мм, масса – 5,5 кг.	
Ступеньки к ванне с поручнем (***СТБ 1426-2003 , РУ № ИМ-7.111182 до 30.12.2026г.)***			
60.3 Ступенька к ванне с поручнем ЦСИЕ.31.291.00.00.00	Для взрослых и детей	Длина-444 мм, ширина - 417 мм, высота -857,5 мм, масса 4 кг.	Служат для облегчения подъема в ванну больных и людей с ограниченными возможностями Изготавливаются из алюминиевых труб
60.4 Ступеньки к ванне с поручнем ЦСИЕ.31.292.00.00.00		Длина - 431,5 мм, ширина - 444 мм, высота -857,5 мм, масса 5,7 кг.	

Примечания.
***) Выпускаемые технические средства социальной реабилитации не предусмотрены для выдачи на льготных условиях согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь №1722 от 11.12.2007 г.**
****) Справочно.**

Приложение 1

Обозначение стола	Ширина сиденья кресла коляски, мм	Применяемость
ЦСИЕ.10.003.00.00.00	380	ЦСИЕ.03.357.00.00.00 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-04, ЦСИЕ.03.298.00.00.00 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-04, ЦСИЕ.03.697.00.00.00, ЦСИЕ.03.698.00.00.00
-01	410	ЦСИЕ.03.357.00.00.00-01 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-05, ЦСИЕ.03.298.00.00.00-01 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-05, ЦСИЕ.03.697.00.00.00-01, ЦСИЕ.03.698.00.00.00-01
-02	440	ЦСИЕ.03.357.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-06, ЦСИЕ.03.298.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-06, ЦСИЕ.03.697.00.00.00-02, ЦСИЕ.03.698.00.00.00-02
-03	470	ЦСИЕ.03.357.00.00.00-03 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-07, ЦСИЕ.03.298.00.00.00-03 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-07, ЦСИЕ.03.697.00.00.00-03, ЦСИЕ.03.698.00.00.00-03
-04	380	ЦСИЕ.03.750.00.00.00 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-01, ЦСИЕ.03.800.00.00.00 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-01
-05	410	ЦСИЕ.03.750.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-03, ЦСИЕ.03.800.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-03
-06	440	ЦСИЕ.03.750.00.00.00-04 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-05, ЦСИЕ.03.800.00.00.00-04 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-05
-07	470	ЦСИЕ.03.750.00.00.00-06 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-07, ЦСИЕ.03.800.00.00.00-06 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-07

Начальник КО с ОП С.А.Бриков

Начальник ТО Н.Ю. Барсукова